



**ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA**

82-300 ELBLĄG ul. LOTNICZA 2  
tel. (0-55) 239-38-02 tel./fax (0-55) 239-38-01

WWW: [www.euh-e.edu.pl](http://www.euh-e.edu.pl)  
e-mail: [rektorat@euh-e.edu.pl](mailto:rektorat@euh-e.edu.pl)

EUH-E/1368 /2018

Elbląg, 15.11.2018 r.

**Dotyczy:** odpowiedzi na zadane pytanie w dniu 13.11.2018 r. do zapytania ofertowego na dostawę sprzętu medycznego i komputerowego w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

**Nr postępowania (znak sprawy): ZP-13/2018/TB**

**Pytanie Wykonawcy:**

Mając na uwadze art. 7 i 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423). Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania dotyczące powyższego postępowania:

**3. Lampa zabiegowa**

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający dopuści wagę lampy wynoszącą 25 kg? Nie ma to wpływu na funkcjonalność oraz mobilność lampy.

**6. Wózek reanimacyjny**

**Pyt. 2**

Czy Zamawiający dopuści górny blat roboczy wykonany z tworzywa ABS?

**Pyt. 3**

Czy Zamawiający dopuści maksymalną nośność szuflady wynoszącą 45 kg? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego.

**Pyt. 4**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne - wyprofilowane miejsce na butlę z tlenem?

**Pyt. 5**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu drucianego kosza na akcesoria medyczne?

*11. Ssak elektryczny*

**Pyt. 6**

Czy w rozumieniu pakietu nr 11 (ssak elektryczny) Zamawiający dopuści ssak o parametrach opisanych poniżej:

Ssak posiadający podstawę jezdnią, wyposażony w cztery kółka, w tym min. dwa z blokadą. Konstrukcja oparta na kompresorze bezolejowym, Ssak wyposażony w dwie butle wielokrotnego użycia o pojemności 1l i 2l, Możliwość użytkowania jednorazowych butli, Możliwość włączenia i wyłączenia ssaka zarówno z panelu jak i z włącznika nożnego, Maksymalna szybkość zasysania: 40l/min, Maksymalne osiągnięte podciśnienie: 80 kPa, Głośność: do 60 dB, Wymiary urządzenia: 58,5cm x 39cm x 40cm, Wymiary wózka: 59cm x 52cm x 24,5cm, Zasilanie: 220V/50Hz.

*13. Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi*

**Pyt. 7**

Czy Zamawiający w opisie łóżka szpitalnego odstąpi od półki na pościel?

**Pyt. 8**

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne systemu bezpieczeństwa - funkcję autokonturu?

*7. Wózek transportowy do przewożenia pacjentów*

**Pyt. 9**

Czy zamawiający dopuści regulację wysokości wynoszącą 60-91 cm wykonywaną za pomocą pedału nożnego umieszczonego po jednej stronie wózka?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy jest zagwarantowanie zgodności wszystkich elementów wyposażenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. Zapytania ofertowego, tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego, tj. Wykazem wyposażenia medycznego i komputerowego.

*Z poważaniem*

**REKTOR**  
**dr Zdzisław Dubiella**  
**prof. EUH-E**

