



EUH-E.FE/25/2019

Elbląg, 09.04.2019 r.

**Dotyczy:** odpowiedzi na zadane pytania w dniu 08.04.2019 r. do zapytania ofertowego ZP-17/2019/MJ na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 1) - (CZEŚĆ II – ZESTAW DO PRÓB WYSILKOWYCH: CYKLOERGOMETR, BIEŻNIA, OPROGRAMOWANIA, STANOWISKO KOMPUTEROWE) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

### **Nr postępowania (znak sprawy): ZP-17/2019/MJ**

#### **Pytania Wykonawcy:**

1. Czy Zamawiający dopuści parametr lepszy niż wymagany: prędkość taśmy regulowaną od 0 do 24km/h?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

2. Czy Zamawiający dopuści parametr lepszy niż wymagany: długość użytkową taśmy: 160cm na 56cm?

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.



3. Czy zamawiający dopuści system z elektronicznym systemem poziomowania co jest parametrem lepszym od wymaganego? Zwracamy uwagę, iż zapis ten wskazuje na jednego Polskiego producenta aparatury na rynku.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

4. Czy Zamawiający dopuści system, który w trybie treningowym wyświetla 3 kanały i więcej? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

5. Czy Zamawiający poprzez ten zapis rozumie korekcję punktów pomiarowych w trakcie trwania badania, bezpośrednio na EKG?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

6. Czy Zamawiający dopuści system bez trendów 3D? Parametr ten opisuje jednego Polskiego producenta na rynku i nie może zostać spełniony przez innych dostawców.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

7. Czy Zamawiający dopuści sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port USB?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych,





funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

**8. Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 7**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?*

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany we wzorze umowy.

**9. Dotyczy wzoru umowy § 13 ust. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w/w ustępu na:

Jeżeli w wyniku 3 napraw kolejno powtarzających się, jednego rodzaju, w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego modułu na nowy wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot wykazuje wady.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany we wzorze umowy.

**10. Dotyczy wzoru umowy § 14 ust. 1**

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron. W związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany we wzorze umowy.

*Z poważaniem*

REKTOR  
dr Zdzisław Dubiella  
prof. EUH-E