



EUH-E.FE/ 26/2019

Elbląg, 09.04.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania w dniu 08.04.2019 r. do zapytania ofertowego ZP-17/2019/MJ na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 1) - (CZEŚĆ II – ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH: CYKLOERGOMETR, BIEŻNIA, OPROGRAMOWANIA, STANOWISKO KOMPUTEROWE) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Nr postępowania (znak sprawy): ZP-17/2019/MJ

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie bieźni z długością użytkową taśmy 1530 mm oraz szerokością: 490 mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie systemu z zewnętrznym bezprzewodowym modułem EKG, który nie jest wbudowany w bieżnię i cykloergometr? W trakcie badania pacjent nosi bezprzewodowy moduł EKG zawieszony na pasku, rozwiązanie to pozwala na swobodne poruszanie się pacjenta po gabinecie oraz w żaden sposób nie ogranicza swobody jego ruchów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.



ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

82-300 ELBLĄG ul. LOTNICZA 2
tel. (0-55) 239-38-02 tel./fax (0-55) 239-38-01

WWW: www.euh-e.edu.pl
e-mail: rektorat@euh-e.edu.pl

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie oprogramowania do przeprowadzania prób wysiłkowych bez prezentacji trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

Z poważaniem

REKTOR
dr Zdzisław Dubiella
prof. EUH-E



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego