



EUH-E.FE/3A/2019

Elbląg, 12.04.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytanie w dniu 09.04.2019 r. do zapytania ofertowego ZP-18/2019/MJ na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 2) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Nr postępowania (znak sprawy): ZP-18/2019/MJ

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z nowoczesnym napędem elektromechanicznym, gwarantującym możliwość precyzyjnego i szybkiego pozycjonowania blatu? Napęd elektromechaniczny pod względem funkcjonalności jest tożsamy z elektrohydraulicznym, a dodatkowo nie ma ryzyka zabrudzenia sali operacyjnej wyciekającym płynem hydraulicznym, tj. ma to miejsce w przypadku pompy elektrohydraulicznej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

2. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny o przepływie 80l/min. Parametr ten nieznacznie różni się od wymaganego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w



specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

3. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z miernikiem próżni w skali mmHg regulowanym w zakresie 0,2-0,9 bar?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany do udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

4. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z manualnym przełączaniem pomiędzy dwoma pojemnikami ssaka?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści niepieniący detergent do czyszczenia rekomendowany przez producenta systemu charakteryzujący się m.in. lepszą wydajnością w stosunku do wskazanego preparatu?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczno-chirurgiczną z możliwością organizacji nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku na zewnątrz głowic zasilających?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

7. Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki z dopuszczalnym obciążeniem 130 kg?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany do udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.



8. Czy Zamawiający dopuści rolki do przemieszczania 3 sztuki o wymiarach 640x360 mm?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z 1 kompletem części wymiennych?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z przepływem 80 l/min przystosowanym do pracy ciągłej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany do udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

11. Czy Zamawiający dopuści ssak elektryczny z płynną regulacją siły ssania do 0,9 bar?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany do udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

Z poważaniem

REKTOR
dr Zdzisław Dubiella
prof. EUH-E