



ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

82-300 ELBLĄG ul. LOTNICZA 2  
tel. (0-55) 239-38-02 tel./fax (0-55) 239-38-01

WWW: [www.euh-e.edu.pl](http://www.euh-e.edu.pl)  
e-mail: [rektorat@euh-e.edu.pl](mailto:rektorat@euh-e.edu.pl)

EUH-E.FE/34/2019

Elbląg, 15.04.2019 r.

**Dotyczy:** odpowiedzi na zadane pytania w dniu 10.04.2019 r. do zapytania ofertowego ZP-18/2019/MJ na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 2) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

#### **Nr postępowania (znak sprawy): ZP-18/2019/MJ**

#### **Pytania Wykonawcy:**

*Pyt nr 1. Dot.: Elektryczna regulacja góra-dół w zakresie 90-120 cm poprzez załącznik nożny, Czy Zamawiający dopuści inkubator wysokiej klasy z regulacją wysokości podana dla materacyka 89-109 cm?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

*Pyt nr 2. Dot.: 2 obracane szuflady z przegródkami, oraz obracana półka, Czy Zamawiający dopuści inkubator wysokiej klasy z jedną szufladą z wkładką z przegródkami, i dwie obracane półki?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.



Rzeczpospolita  
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego





*Pyt nr 3 dot.: Listwy do mocowania dodatkowego osprzętu, Czy Zamawiający dopuści inkubator wysokiej klasy, który posiada rury do montażu dodatkowego sprzętu zamiast listw, co nie wpływa w żadnym stopniu na jego funkcjonalność?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

*Pyt nr 4. Dot.: Wózek wykonany zgodnie z zasadą projektowania modułowego Czy Zamawiający dopuści inkubator wysokiej klasy z wózkiem zintegrowanym?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

*Pyt nr 5. Do.: Regulacja temperatury ogrzewacza promiennikowego, Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator o regulacji mocy promiennika nie temperatury, co w żadnym stopniu nie wpływa na jego funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników i pacjentów?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

*Pyt nr 6. Dot.: Płynna regulacja temperatury w zakresie: 35oC– 37,0oC, Czy Zamawiający dopuści inkubator wysokiej klasy o zakresie 34oC– 38,0oC?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów



użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

*Pyt. nr 7. Dot.: Leże dla noworodka: • Opuszczane ścianki z pleksiglasu, Czy Zamawiający dopuści inkubator wysokiej klasy przezroczyste ścianki akrylowe w niczym nie wpływa to na bezpieczeństwo użytkownika i pacjentów?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

*Pyt. nr 8. Dot.: Przepływomierz O<sub>2</sub>, Czy Zamawiający dopuści inkubator wysokiej klasy ze zintegrowanym przepływomierzem dla mieszaniny tlen/powietrze?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

*Pyt. nr 9. Dot.: PIPELINE Cylinder, manometry, Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie inkubatora niewyposażonego w PIPELINE Cylidner? Oferowany inkubator posiada funkcję zasilania gazami ze ściany, tym samym stosowanie butli nie jest konieczne.*

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.



ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

82-300 ELBLĄG ul. LOTNICZA 2  
tel. (0-55) 239-38-02 tel./fax (0-55) 239-38-01

WWW: [www.euh-e.edu.pl](http://www.euh-e.edu.pl)  
e-mail: [rektorat@euh-e.edu.pl](mailto:rektorat@euh-e.edu.pl)

Pyt. nr 10/ Dot.: Mieszacz gazów – tlen i powietrze, manometr. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy sprzętu powystawowego, który jest w pełni sprawny i będzie objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją?

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z opisem zapytania ofertowego przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, nie był przedmiotem praw osób trzecich, po instalacji i uruchomieniu do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, bez konieczności wykonania żadnych dodatkowych zakupów i instalacji.

*Z poważaniem*

REKTOR  
*dr Zdzisław Dubiella*  
prof. EUH-E