



EUH-E.FE/ 37/2019

Elbląg, 24.04.2019 r.

**Dotyczy:** odpowiedź na zadane pytanie w dniu 24.04.2019 r. do zapytania ofertowego ZP-19/2019/MJ na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 3) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

**Nr postępowania (znak sprawy): ZP-19/2019/MJ**

**Pytanie Wykonawcy:**

Pytanie 1

Szanowni Państwo, w związku z tym, że w pozycji 1 i 2 nie ma określonej wymaganej pojemności, a jest to istotna podstawa wyceny urządzeń, spełniających wszystkie wymagania, bardzo prosimy o określenie pojemności urządzeń z pozycji 1 i 2 .

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, iż poz. Nr 1 tj. Chłodziarka laboratoryjna powinna stanowić minimum 22 l pojemności użytkowej.

Zamawiający informuje, iż poz. Nr 2 tj. Ciepłarka laboratoryjna powinna stanowić minimum 15 l pojemności użytkowej.

**Z poważaniem**

**REKTOR**  
*dr Zdzisław Dubiella*  
prof. EUH-E