



ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

82-300 ELBLĄG ul. LOTNICZA 2
tel. (0-55) 239-38-02 tel./fax (0-55) 239-38-01

WWW: www.euh-e.edu.pl
e-mail: rektorat@euh-e.edu.pl

EUH-E.FE/44/2019

Elbląg, 14.08.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania w dniu 12.08.2019 r. do zapytania ofertowego ZP-22/2019/MJ na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej - (CZEŚĆ IV – APARAT KTG) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Nr postępowania (znak sprawy): ZP-22/2019/MJ

Pytania Wykonawcy:

Aparat KTG

„Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności wysokiej klasy aparat KTG o parametrach:

- kolorowy ekran 7” LCD
- monitoring kardiotokograficzny takich parametrów jak: FHR (cardio), TOCO (skurcze macicy), FMOV (ruchy płodu)
- automatyczna weryfikacja międzykanałowa w przypadku monitorowania dwóch płodów
- polskie menu
- zasilanie akumulatorowe
- automatyczna analiza zapisu KTG – obliczanie poziomu bazowego, akceleracji, deceleracji, zmienność krótkoterminowa
- zapamiętywanie danych z możliwością zapisu na nośniku USB
- zapas papieru do drukarki
- uchwyt na głowice zintegrowany z aparatem KTG
- wózek KTG z koszykiem na akcesoria
- w zestawie z KTG dwie głowice (do pomiaru ciąży bliźniaczej), głowica do pomiaru skurczów macicy, znacznik wydarzeń dla matki, żel USG oraz pasy do mocowania głowic

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

Z poważaniem

REKTOR
dr Zdzisław Dubiella
prof. EUH-E



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego