



ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

82-300 ELBLĄG ul. LOTNICZA 2
tel. (0-55) 239-38-02 tel./fax (0-55) 239-38-01

WWW: www.euh-e.edu.pl
e-mail: rektorat@euh-e.edu.pl

EUH-E.FE/45/2019

Elbląg, 19.08.2019 r.

Dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania w dniu 12.08.2019 r. do zapytania ofertowego ZP-22/2019/MJ na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej - (CZĘŚĆ I –Zestaw do prób wysiłkowych, cykloergometr, bieżnia, stanowisko komputerowe) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Nr postępowania (znak sprawy): ZP-22/2019/MJ

Pytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści system do testów wysiłkowych z wysokiej klasy bezprzewodowym modułem ekg współpracującym z bieżnią i ergometrem, bez wbudowanych modułów ekg w ergometr i bieżnię?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

Czy Zamawiający dopuści 12 kanałowy system do testów wysiłkowych ze standardowym 10 odprowadzeniowy kablem ekg, bez 2 odprowadzeniowego kabla ekg służącego do rehabilitacji kardiologicznej, która nie jest przedmiotem tego postępowania?

Odpowiedź Zamawiającego

Przedmiot zamówienia to system badań EKG przy wysiłku ale i system treningowy. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

Czy Zamawiający dopuści bieżnię do systemu do testów wysiłkowych z łagodnym rozruchem o zera, bez funkcji ZERO-START, charakterystyczną jedynie dla jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Wszelkie zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytać wraz z wyrazami „lub równoważne”.



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





ELBLĄSKA UCZELNIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA

82-300 ELBLĄG ul. LOTNICZA 2
tel. (0-55) 239-38-02 tel./fax (0-55) 239-38-01

WWW: www.euh-e.edu.pl
e-mail: rektorat@euh-e.edu.pl

Nazwy własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

**Czy Zamawiający dopuści system do testów bez funkcji realizmu wykonanego badania?
Jest to parametr charakterystyczny dla jednego producenta.**

Odpowiedź Zamawiającego

Parametry zapisywane muszą być realne = rzeczywiste, zgodne z badaniem. Wszelkie zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytać wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności. Obowiązek udowodnienia, że oferowane wyroby są równoważne spoczywa na Wykonawcy.

Czy Zamawiający wymaga jako opcji, czy zaoferowania modułu do automatycznego pomiaru ciśnienia w systemie wysiłkowym, jednego dla bieżni i ergometru?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający pozostawia dowolność producentowi czy pomiar ma być jeden czy dwa.

Z poważaniem

REKTOR
dr Zdzisław Dubiella
prof. EUH-E



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

